



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.		
Iktatószám: <u>B/1254-1/2022.</u>		
2022 JÚN 09.		
L.szám:	Vet. felköt.	Ügyint. sz.
—	— db	

Ügyiratszám: BP/FNEF-DFO/3374/2022.

Jegyzőkönyv

Készült: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. (székhely: 1122 Budapest, Fehérvári út 12., a továbbiakban: szakrendelő) 2022.06. 9-én.

Jelen vannak:

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály (a továbbiakban: BFKH), mint eljáró hatóság részéről:

Dr. Bordács-Tósoky Bernadett osztályvezető
Nádor Miklós közegészségügyi és járványügyi felügyelő
Laczkó Anita népegészségügyi ellenőr
Sipos Mária Anna igazgatási szakügyintéző

Az ügyfél képviseletében: Dr. Záray Gyuláné ápolási igazgató

Pádárné Ignác Kinga vezető asszisztens

Munkavédelmi tanácsadó: Simonné Rojcsik Krisztina (OMKTI Ff. 12/1992.)

Az ellenőrzés megkezdése előtt a hatóság tájékoztatja az ügyfelet az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény 5. §-ában foglaltaknak megfelelően a jogaira és a kötelezettségeire, így a törvény előtti egyenlőséghez, a tisztességes ügyintézéshez, az anyanyelv használatához, a jogorvoslat-hoz, az íratbetekintéshez, a képviselethez, a nyilatkozattételhez, a tájékoztatáshoz való jogokról, valamint az adatkezelésről és az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról. A jóhiszemű magatartás, a hatósággal történő együttműködés és a hatóság erre irányuló kérése esetén az adatszolgáltatás, az iratbe-mutatás és a tájékoztatás adás az ügyfél kötelezettségei. A hatósági ellenőrzés akadályozása esetén eljárási bírsággal sújtható az ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozó személy.

A jelenlévők a jogokra és köteleességekre történő figyelmeztetés megtörténtét jelen jegyzőkönyv aláírásával megerősítik.

Tárgy: A munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségügyi és biztonsági követelményekről szóló 22/2010. (V.7.) EüM rendeletben foglaltak sugáregészségügyi ellenőrzése

A mai napon a szakrendelő telephelyén megtartott ellenőrzésen az alábbiakat állapítottuk meg.

A dolgozók létszáma: 462 fő.

Az expozíciónak kitett dolgozók száma: 10 fő.

A szakrendelő rendelkezik helyben elérhető, papír alapú kockázatértékeléssel, melyet Simonné Rojcsik Krisztina munkavédelmi szaktanácsadó (OMKTI Ff. 12/1992.) készített Dr. Godor Marianna foglalkozás egészségügyi orvos ellenjegyezte 2021.10.1-én. A kockázatértékelés tartalmazza a mesterséges optikai

Népegészségügyi Döntés-felülvizsgáló Osztály

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3846 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: dontes.felulvizsgalat@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

sugárzásokra vonatkozó értékelést. A szakrendelő nem csak triviális mesterséges optikai sugárforrásokat használ.

A kockázatértékelés figyelembe veszi az összes optikai sugárzást kibocsájtó berendezést, a nem triviális mesterséges optikai sugárzás okozta expozíció szintjét, hullámhossz-tartományát, időtartamát; az IEC vonatkozó szabványának megfelelően meghatározott, lézerre alkalmazott osztályozását, mely 3B veszélyességi osztályozású. Kockázatértékelés nem valószínűsít határérték feletti expozíciót.

A szakrendelőben az alábbi nem triviális mesterséges optikai forrás található:

– Lézer : BTL – 4000 kombinált terápiai készülék, lézer, B v.oszt. (pontlézer) hullámhossz: 685-830 nm

Pontlézerek, vörös (685 nm), infravörös (830 nm); lézer zuhany vörös, ill. infravörös, valamint kombinált.

A kockázatértékelés szerint a lézerberendezés használatához megfelelő védőeszköz áll (védőszemüveg, fényzáró függöny) rendelkezésre. A munkavédelmi előírások betartásával végzett munka elenyésző kockázatot jelent a munkavállalókra nézve.

A munkahelyi alkalmassági vizsgálatokat Dr. Fodor Marianna foglalkozás-egészségügyi szakorvos látja el, ezek dokumentáltsága rendben van.

Az ügyfél képviselőjére jogosult Dr. Záray Gyuláné és Pádárné Ignác Kinga nem kíván nyilatkozni:

Az ellenőrzést vezető az ellenőrzés befejezésekor tájékoztatja az ügyfél képviselőjében jelen levő személyt.

A hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítottak alapján jogszabályokban foglalt előírások megsértése nem történt.

A jegyzőkönyv egy példányát az ügyfél képviselőjében jelen levő személy átvette.

A jelen levők egyebet nem kívánnak a jegyzőkönyvbe foglalni, kijelentik, hogy az helyesen tartalmazza az ellenőrzés során tett megállapításokat, ezért a jegyzőkönyvet elolvasás után oldalanként aláírják.

Készült: 2 eredeti példányban.

Melléklet: nincs

Kmf.

Szent-Kristóf
Közhasznú Nonprofit Kft.
Apolási Igazgató
1117 Budapest, Fehérvári ut 12.
Telefon: 279-2103